



ИЗПИТВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 Номер на протокол Дата Заявка за изпитване №

Заявитель:	<input -="" type="text" value="\" байчев\"="" еоод"="" изомакс=""/>		
Адрес на заявителя:	<input type="text" value="София; бул. Витоша 67; ап.1"/>		
Дата на представяне на пробата:	<input type="text" value="10.04.2014 г."/>	Входящ номер от лаб. дневник:	<input type="text" value="10684"/>
Обект на изпитването:	<input type="text" value="Изомакстерм - воден разтвор на акрилна смола, полимерни микросфери, пигменти и пълнители"/>		
Производител:	<input -="" type="text" value="\" байчев\"="" еоод"="" изомакс=""/>		
Техн. изисквания:	<input type="text" value="НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. / изм. и доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от 30.03.2010 г., бр. 55 от 20.07.2012 г."/>		
Обем на партидата:	<input type="text" value="x"/>	Обем на извадката:	<input type="text" value="1 брой"/>
Място на пробовз.:	<input type="text" value="x"/>	Извършил пробовз.:	<input type="text" value="x"/>

Заключение:

Извършили изпитването:

Ръководител Испитвателен Център:

елипсовиден печат

Стойностите от изпитванията са посочени на страници от 2 до 2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите от изпитванията са само за изпитаната проба. Извлечения и/или копия от изпитвателния протокол не могат да се правят без писмено съгласие на изпитвателната лаборатория.
 Валидни са само протоколи с поставен "сух" и "мокър" печат едновременно!

Поради разрушаващия характер на изпитваните показатели, пробите не подлежат на връщане на заявителя.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО – протокол 34118 / 16.04.2014 г.


Показател	Метод	Мерна единица	Допуск	Резултат	Неопределеност	Условия на измерването
Бои и лакове. Определяне съдържанието на летливи органични съединения (VOC). Част 2: Газхроматографски метод (ISO 11890-2:2013)	БДС EN ISO 11890-2:2013	g/l	max 30.0 (Приложение No 2, категория "A", a))	< 0.1	-	T - 23.4 °C RH - 40.0 %

Забележка: **Пробата за анализ е предоставена лично от заявителя.**

ДЕКЛАРАЦИЯ № 34118 / 16.04.2014 г.:

Ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ декларира, че всички методи, по които са проведени изпитванията (измерванията), стандартите за технически изисквания, наредбите или директивите, упоменати по-горе са действащи и актуални към датата на издаване на този протокол.

Отговорник по качеството



(инж. Яна Георгиева)

печат